

**Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 18»
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)**

**Обґрунтування
технічних, якісних, кількісних характеристик та
очікуваної вартості предмета закупівлі**

31.07.2024 року

м. Київ

№ 389

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 01054, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,17

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993776

Предмет закупівлі: Монітор добового моніторингу артеріального тиску (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Для забезпечення та покращення лікувального процесу кардіологічного відділення лікарні, для надання кардіологічної допомоги пацієнтам.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Потреба надана в.о.завідувача кардіологічного відділення

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника
1	Основні характеристики		
1.1.	Кольорового LCD дисплею	Наявність	
1.2	Діагональ екрану, не менше	2.4 дюйми	
1.3	Метод вимірювання, не гірше	Осцилометричний	

№	Медико-технічні характеристики	Значення	Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника
1.4	Живлення від акумулятору, не гірше	Дві батарейки типу АА	
1.5	Можливість автоматичного амбулаторного вимірювання тиску	Наявність	
1.6	Чохол (сумочка) з ременем для добового монітору тиску	Наявність	
1.7	Реєстрація пульсу в межах	40~240 ударів/хв..	
1.8	Точність вимірюваного тиску, не гірше	1 мм рт. ст.	
1.9	Точність вимірюваного пульсу, не гірше	±2 ударів/хв. або ±2%	
1.10	Зберігання вимірів, не менше	100	
1.11	Подача звукового сигналу перевищення граничних значень АТ	Наявність	
2	Комплектність поставки		
2.1	Основний прилад	Наявність	
2.2	Манжетка для вимірювання НІАТ для дорослого	Наявність	
2.3	Подовжувач манжети (порожниста трубка, подовжена трубка)	Наявність	
2.4	Чохол (сумочка) для носіння приладу з ременем фіксації	Наявність	
2.5	Диск з програмним забезпеченням (або посилання)	Наявність	
2.6	Інструкція користувача українською мовою	Наявність	
2.7	Usb-кабель для підключення до комп'ютеру	Наявність	

III. Загальні

1. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволенним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується декларацією та/або сертифікатом відповідності (про відповідність або

оцінювання відповідності тощо) **або** документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту. **(Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)).**

2. Відповідність запропонованого Учасником товару медико - технічним вимогам повинна бути обов'язково підтверджена посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. технічного(их) документу(ів) виробника). Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної вище, разом з додаванням відповідного(их) технічного(их) документу(ів) виробника до складу тендерної пропозиції Учасника.

3. Можливість поставки Учасником запропонованого товару повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа виробника (представництва або філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) **або** оригіналом гарантійного листа представника виробника на території України (дилера або дистриб'ютора або уповноваженого (офіційного) представника), що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією, оголошенням та тендерною пропозицією Учасника. **(Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції такий гарантійний лист, що повинен включати: назву Учасника, назву предмету закупівлі, номер оголошення).**

4. Гарантійний термін обслуговування повинен становити не менше 12 місяців з дня підписання акту введення в експлуатацію **(На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції).**

5. Наявність сервісного центру на території України з обслуговування товару, запропонованого Учасником. **(На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції із зазначенням номеру телефону, ел. адреси та місцезнаходження).**

6. В ціну товару має входити навчання працівників Замовника по користуванню, доставка, налагодження та введення в експлуатацію товару, на підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції.

***У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275), на основі аналізу та моніторингу ринкових цін на аналогічні товари, за інформацією щодо отриманих цін за результатами торгів та укладених договорів, які наявні та знаходяться у вільному доступі на порталі уповноваженого органу «Prozorro».

Орієнтовна вартість закупівлі – **14360,00 грн. з ПДВ.**

Уповноважена особа

Наталія ГЕРМАШЕВА

