

**Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 18»
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Обґрунтування
технічних, якісних, кількісних характеристик та
очікуваної вартості предмета закупівлі**

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 01054, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,17

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993776

Предмет закупівлі: Заміна рентгенівської трубки E7869X у Системі рентгенівській діагностичній DRF-4 (ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Для забезпечення безперебійної роботи рентгендіагностичного кабінету, у зв'язку з виходом з ладу рентгенівської трубки E7869X у Системі рентгенівській діагностичній DRF-4

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Рентгенівська трубка E7869X – 1 шт. Потреба в проведенні ремонтних робіт надана в.о. керівника відділу променевої діагностики.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Назва предмета закупівлі	Заміна рентгенівської трубки E7869X за кодом ДК 021:2015:50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (50421000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання)
Обсяг надання послуг	Заміна рентгенівської трубки E7869X – 1 послуга
Строк надання послуг	до 31 грудня 2024 року

Технічні вимоги:

№ п/п	Найменування складових послуги		Одиниця виміру	Кількість
1.	Заміна рентгенівської трубки E7869X:	<ul style="list-style-type: none"> • Виїзд на діагностику; • Діагностика на рівні основних модулів та плат; • Діагностика електричних та механічних з'єднань; • Заміна рентген трубки; • Перевірка працездатності рентген трубки; • Калібрування апарата; • Перевірка робочих режимів апарата. 	послуга	1

В складі тендерної пропозиції Учасник має надати гарантійний лист, яким має підтвердити можливість виконання зазначеного вище переліку складових послуги

Інформація щодо обладнання яке потребує заміни рентгенівської трубки E7869X:

Система рентгенівська діагностична DRF-4	SN: Y20-120-3-3
--	-----------------

Інші вимоги до предмета закупівлі:

1. Послуги повинні надаватися сертифікованим(и) фахівцем/ми (інженером/ами) який/які пройшов(ли) навчання та має(ють) необхідні знання та досвід. Учасник, на підтвердження встановленої вимоги, у складі тендерної пропозиції, повинен надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі використання).
2. Для надання таких послуг має бути відповідний дозвіл - ліцензії ДІЯР України на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання, в якій має бути зазначена модель системи рентгенівської діагностичної, яка потребує заміни рентгенівської трубки E7869X, та дозвіл на право проведення таких видів робіт з ДІВ. На підтвердження даної вимоги Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист або ліцензію ДІЯР України на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.
3. Учасник повинен надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи та завірений печаткою (у разі використання) про те, що у вартість послуг повинна входити вартість деталей та ін. запчастин, витратних матеріалів, тощо необхідних при проведенні відповідних послуг.
4. Гарантійний термін на надані послуги має становити не менше ніж 12 місяців з моменту підписання акту наданих послуг. Учасник повинен надати гарантійний лист за підписом уповноваженої особи та завірений печаткою (у разі використання).

У разі посилання в технічній специфікації на торговельну марку, патент, модель, тощо обладнання, деталей, матеріалів, тощо, щодо яких потрібно виконувати послуги, Учасник може застосувати „еквівалент“. Учасник під еквівалентом повинен запропонувати обладнання, деталі, матеріали, тощо, які за технічними характеристиками дозволять Учаснику виконати послуги в повному обсязі, необхідній якості згідно з вимогами технічної специфікації. Запропонований еквівалент повинен повністю відповідати технічним, функціональним, якісним характеристикам обладнання, деталей, матеріалів, тощо відповідно до яких пропонується еквівалент. У разі, якщо Учасником пропонується еквівалент, він повинен надати в складі тендерної пропозиції інформаційну довідку (надається лише у випадку якщо Учасник пропонує еквівалент).

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275), на основі аналізу та моніторингу ринкових цін на аналогічні товари, за інформацією щодо отриманих цін за результатами торгів та укладених договорів, які наявні та знаходяться у вільному доступі на порталі уповноваженого органу «Prozorro».

Орієнтовна вартість закупівлі – **605000,00** грн. з ПДВ.