

**Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 18»
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)**

**Обґрунтування
технічних, якісних, кількісних характеристик та
очікуваної вартості предмета закупівлі**

25.11.2024 року

м. Київ

№ 703

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 01054, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,17

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993776

Предмет закупівлі: код за ДК 021:2015 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні НК 024:2023: 33152 Універсальний операційний стіл електромеханічний (Операційний стіл)

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до Законом України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178(зі змінами)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

Для безперебійної роботи хірургічного відділення шляхом проведення відкритих торгів з особливостями відповідно до пункту 14 Особливостей Закупівля відповідно до цих особливостей здійснюється замовником на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року (планових потреб наступних періодів). Запланована закупівля, незалежно від її вартості, включається до річного плану закупівель замовника відповідно до статті 4 Закону. Абзацом 3 частини 1 статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що закупівля здійснюється відповідно до річного плану.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Потреба надана заступником директора з хірургічної частини - 3 шт.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування (або опис) товару, що закуповується	Одиниця виміру	Кількість.
1	Операційний стіл	шт.	3

№	Опис вимог	Наявність функції або значення параметру по ТЗ	Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку паспорту/інструкції або іншої документації
1	Операційний стіл має бути призначений для використання в медичних установах для безпечного позиціонування пацієнта при виконанні широкого спектру операцій: в загальній хірургії, акушерстві та гінекології, урології, нейрохірургії, травматології, хірургії хребта та малого тазу, нейрохірургії, лапароскопічній хірургії, хірургії жовчного міхура, хірургії колінного суглоба	Наявність	
2	Корпус та основа столу має бути виготовлено з нержавіючої сталі	Наявність	
3	Стільниця столу має бути розділена на п'ять секцій	Наявність	
4	Секція ніг має бути роздільна	Наявність	
5	Стільниця столу має бути рентген прозора	Наявність	
6	Електричний привід має забезпечувати регулювання: <ul style="list-style-type: none"> - Висоти - Бічних нахилів - Секції опори спини - Положення Тренделенбург - Зворотній Тренделенбург - Повздовжнього зміщення 	Наявність	
7	Механічне регулювання: <ul style="list-style-type: none"> - Секції опори голови - Секції опори ніг - Положення при операції на нирках - Центральної гальмівної системи 	Наявність	
8	Стіл має бути обладнаний телескопічною колоною	Наявність	
9	Колона операційного стола повинна мати вбудовану панель керування	Наявність	
10	Стіл має бути оснащено ручним пультом керування	Наявність	
11	Комплект поставки має включати:	Наявність	

	<ul style="list-style-type: none"> - Операційний стіл - Ручний пульт керування – 1 шт - Вбудована панель керування на колоні – 1шт - Опори для рук – 2 шт. - Фіксуючі ремені для рук – 2 шт. - Ремені для фіксації ніг – 2 шт - Анестезійний каркас (екран) з інфузійною стійкою – 1шт - Фіксуючий ремінь для тіла – 1 шт - Затискач – 1 шт - Артроскопічний набір для коліна - 1 шт - Плечова/бічна підтримка - 2 шт^[P]_[SEP] - Артроскопічна плечова опора - 1 шт^[P]_[SEP] 		
12	Колеса мають бути діаметром, не менше	125 мм	
13	Стіл має бути обладнаний центральною гальмівною системою	Наявність	
14	Габаритні розміри столу Д x Ш:	2200 x 610 мм (±5мм)	
15	Регулювання висоти столу	Min 800 (±5мм) Max1200 мм (±5мм)	
16	Положення Тренделенбург/зворотній Тренделенбург	+25°/-25° (±3%)	
17	Поздовжнє зміщення, не менше	300 мм	
18	Кут регулювання бічних нахилів (вліво/ вправо)	+20°/-20° (±3%)	
19	Кут регулювання секції опори спини вгору	+90° (±3%)	
20	Кут регулювання секції опори спини вниз	-40° (±3%)	
21	Кут регулювання секції опори голови вгору	+30° (±3%)	
22	Кут регулювання секції опори голови вниз	-60° (±3%)	
23	Кут регулювання ножної секції вгору	+65° (±3%)	
24	Кут регулювання ножної секції вниз	-90° (±3%)	
25	Кут регулювання позицій Flex / Reflex	+220 ° /-90 ° (±3%)	
26	Кут регулювання положення при операції на нирках	250° (±3%)	
27	Безпечне навантаження, не менше	280 кг	
28	Гарантійний термін не менше 12 місяців	Наявність	

**У разі наявності в специфікації посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгіві*

марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва – читати з виразом «або еквівалент». Таке посилання є необхідним, оскільки за своїми технічними характеристиками саме цей товар є таким, що оптимально відповідає потребам замовника.

ДО УВАГИ УЧАСНИКА!

Доставка, розвантаження на склад товару, усі податки і збори здійснюються за рахунок постачальника та включаються у вартість продукції.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Вартість закупівлі визначена на підставі моніторингу цін на відповідну продукцію становить **4 500 000,00 грн.**, (чотири мільйона п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).