

**Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 18»
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
Обґрунтування
технічних, якісних, кількісних характеристик та
очікуваної вартості предмета закупівлі**

29.11.2024 року

м. Київ

№ 714

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 01054, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,17

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993776

Предмет закупівлі: 33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Насос шприцевий)

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

З метою покращення якості надання медичних послуг пацієнтам, для забезпечення додаткових вимог до переліку обладнання по договорах на 2025 рік, які КНП «КМКЛ№18» укладає з НСЗУ.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Потреба надана завідувачем відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії - 29 штук

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Загальні вимоги:

1. Декларація про відповідність продукції вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів і сертифікат оцінювання відповідності медичного виробу, або свідоцтво про державну реєстрацію (надати копію)
2. Гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання предмета закупівлі (надати оригінал відповідного документу)
3. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого учасником, повинен становити не менше 12 місяців. Товар повинен бути новим, та таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався. На підтвердження учасник повинен надати лист в якому зазначається гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам, зазначеним в даному пункті
4. Сервісне обслуговування товару, запропонованого учасником, повинно здійснюватися кваліфікованими інженерами. На підтвердження учасник повинен надати лист в довільній формі
5. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. На підтвердження учасник повинен надати лист в довільній формі

Медико-технічні вимоги

№	Параметр	Значення	Заповнюється Учасником, (вказати «так» чи «ні») з посиланням на сторінку технічної документації
1	Загальні вимоги		
1.1	Тип дисплею, інтерфейс	Клавішний	
1.2	Вага, не більше	2,2 кг	
1.3	Кабель живлення в комплекті	10А / 250В	
1.4	Зберігання параметрів вливання, не менше	5 марок інфузійних систем	
1.5	Діапазон швидкості вливання	0,1 – 1200 мл/год	
1.6	Режим вливання за вагою	Наявність	
1.7	Україномовне меню	Наявність	
1.8	Бібліотека ліків	Наявність	
1.9	Налаштування сповіщень	Наявність	
1.10	Сповіщення про:	перекриття ліній, перевищення часу паузи, завершення, неправильний розмір шприца, зміщення шприца, помилку, низький рівень заряду/розрядження акумулятора, наближення завершення, кінець/наближення вливання, відмова живлення струму	
1.11	Нічний режим	Наявність	
1.12	Час роботи від батареї, не менше	7 годин	
1.13	Налаштування параметрів вливання	1) Режим потоку, Загальний режим VTBI, Режим витрати часу, Режим загального часу VTBI, Ваговий режим, Режим бібліотеки ліків	
1.14	Захист від забруднення і проникнення рідин, не гірше	IPX4	
1.15	Електроживлення	100-240 В змін. струм, 50/60 Гц	
1.16	Розмір, не більше	1) 260 × 215 × 110 (мм)	
1.17	Діапазон швидкості, не менше	від 0,01 до 150 мл/год (5 мл) від 0,01 до 300 мл/год (10 мл) від 0,1 до 600 мл/год (20 мл) від 0,1 до 900 мл/год (30 мл) від 0,1 до 2000 мл/год (50/60 мл)	
1.18	Середня точність регулювання швидкості потоку	± 1,9% або ±0,005 мл/год (залежно від того, що більше)	
1.19	Діапазон налаштування часу вливання, не менше	00:01-99:59 (година:хвилина)	
1.20	Швидкість прискореного випускання, не менше	5 мл: 150 мл/год 10 мл: 300 мл/год	

		20 мл: 600 мл/год 30 мл: 900 мл/год 50/60 мл: 2000 мл/год	
1.21	Діапазон швидкості введення болюса, не менше	від 0,1 до 150 мл/год (5 мл) від 0,1 до 300 мл/год (10 мл) від 0,1 до 600 мл/год (20 мл) від 0,1 до 900 мл/год (30 мл) від 0,1 до 2000 мл/год (шприц 50/60 мл)	
1.22	Середня точність регулювання швидкості прискориного випускання	±1,9%	
1.23	Режим KVO	Наявність	
1.24	Швидкість KVO, не гірше	від 0,01 до 5,0 мл/год	
1.25	Автоблокування екрана	Наявність	
1.26	Можливість зміни швидкості інфузії під час роботи	Наявність	
1.27	Функція спостереження	Наявність	
1.28	Функція відображення сумарної кількості витої рідини	Наявність	
1.29	Функція збереження журналів вливання, не менше	2000 записів	
1.30	Функція відображення поточних ліків	Наявність	
1.31	Функція болюсної ін'єкції	Наявність	
1.32	Звуковий сигнал клавіш	Наявність	
1.33	Функція автоматичного відновлення останніх робочих параметрів	Наявність	
1.34	Внутрішній акумулятор з можливістю перезарядки	Наявність	
1.35	Гарантійний термін, не менше	12 місяців	

**всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275), на основі аналізу та моніторингу ринкових цін на аналогічні товари, за інформацією щодо отриманих цін за результатами торгів та укладених договорів, які наявні та знаходяться у вільному доступі на порталі уповноваженого органу «Prozorro».

Орієнтовна вартість закупівлі – **694000,00 грн.**

Уповноважена особа

Наталія ГЕРМАШЕВА