

**Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня № 18»
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)**

**Обґрунтування
технічних, якісних, кількісних характеристик та
очікуваної вартості предмета закупівлі**

29.01.2025 року

м. Київ

№ 85

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №18» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Місцезнаходження: 01054, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,17

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 01993776

Предмет закупівлі: **33190000-8: Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Паровий стерилізатор, Термозапаювальна машинка)**

Вид закупівлі: відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування застосування процедури закупівлі:

Процедура закупівлі визначена відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами)

Обґрунтування доцільності закупівлі:

З метою покращення якості надання медичних послуг пацієнтам. Для забезпечення безперебійної роботи відділення мікросудинної та реконструктивно-пластичної хірургії КНП «КМКЛ№18» у 2025 році.

Обґрунтування обсягів закупівлі:

Потреба надана завідувачем відділення мікросудинної та реконструктивно-пластичної хірургії - 2 одиниці

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ п/п	Код НК 024:2023	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	38671 Стерилізатор паровий	Паровий стерилізатор	шт	1
2	36674 Пристрій для запаювання пакетів	Термозапаювальна машинка	шт	1

Загальні вимоги

1. Запропоноване обладнання повинно бути новим та таким, що не перебувало раніше в експлуатації (надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції).

2. Обладнання, запропоноване Учасником, повинно бути внесене до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введене в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати:

Завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

3. Гарантійний термін на обладнання – не менше 12 місяців (*надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції*).
4. Наявність при поставці інструкції з експлуатації на обладнання українською мовою (*надати копію у складі тендерної пропозиції*).
5. Спроможність Учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись *оригіналом гарантійного листа від виробника* (якщо Учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (*таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника*), що підтверджує можливість постачання Учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією Учасника (*надати скановану копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції*).
6. Проведення доставки, інсталяції та запуску обладнання за рахунок учасника (надати гарантійний лист від учасника).
7. Інструктаж спеціалістів замовника за рахунок учасника (надати гарантійний лист від учасника).

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Паровий стерилізатор

№ з/п	Медико-технічна вимога	Наявність функції або величина характеристики/параметра	Відповідність (Відповідає або Не відповідає)	Посилання на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа
1.	Тип апарата	Стерилізатор паровий		
2.	Клас автоклава	Клас В		
3.	Тип охолодження стерилізатора	Повітряне		
4.	Габаритні розміри стерилізатора	Ширина: не більше 450 мм Глибина: не більше 690 мм Висота: не більше 475 мм		
5.	Форма стерилізаційної камери	Циліндрична		
6.	Об'єм стерилізаційної камери	Не менше 22 л		
7.	Довжина стерилізаційної камери	Не менше 455 мм		
8.	Діаметр стерилізаційної камери	Не менше 250 мм		
9.	Кількість лотків	Не менше 5		
10.	Наявність отворів в лотках	Наявність		

11.	Максимальна довжина лотка	Не менше 420 мм		
12.	Вага апарата	Не більше 70 кг		
13.	Наявність принтера в комплекті до стерилізатора	Наявність		
14.	Об'єм резервуара для дистильованої води	Не менше 7 л		
15.	Вага максимального завантаження інструментами	Не менше 6 кг		
16.	Вага максимального завантаження перев'язувальним матеріалом	Не менше 2 кг		
17.	Наявність внутрішньої пам'яті даних із об'ємом не менше 15 Мбайт	Наявність		
18.	Кількість програм для стерилізації	Не менше 7		
19.	Наявність спеціальної програми стерилізації із додатковою четвертою превакуумізацією	Наявність		
20.	Можливість аварійного відкриття дверей	Наявність		
21.	Максимальне споживання електроенергії	Не більше 2 500 Вт		
22.	Характеристики електропостачання	230 В /50 Гц		
23.	Наявність повітряного фільтра	Наявність		
24.	Можливість налаштування попереднього нагріву стерилізаційної камери	Наявність		
25.	Наявність опції додаткового сушіння	Наявність		
26.	Наявність системи оцінки якості води, що використовується під час роботи автоклава	Наявність		

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Термозапаювальна машинка

№ з/п	Вимоги до термозапаювальної машинки	Відповідність Так/Ні, з посилання на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа
1.	Термозапаювальна машинка з тримачем рулонів призначена для герметичного пакування медичних інструментів перед процесом стерилізації	
2.	Габаритні розміри не більше - 520 мм x 300 мм x 210 мм	
3.	Вага – не більше 5 кг	
4.	Електроживлення: 210-230В, 50 Гц, однофазний	
5.	Напруга: 100 Вт	
6.	Максимальна ширина запаювання : 300 мм (максимум)	
7.	Максимальна довжина запаювання: не менше 10 мм	
8.	Тип запаювання: при постійній температурі	

**всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».*

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 р. №275), на основі аналізу та моніторингу ринкових цін на аналогічні товари, за інформацією щодо отриманих цін за результатами торгів та укладених договорів, які наявні та знаходяться у вільному доступі на порталі уповноваженого органу «Prozorro» та щодо отриманих комерційних пропозицій від потенційних учасників.

Орієнтовна вартість закупівлі – **235000,00 грн.**